Таблица сравнительных характеристик приборов производства АО «НПФ «Радио-Сервис»

ПАРАМЕТРЫ	Е6-32	Е6-31	Е6-31/1	ПСИ-2500	ПСИ-2530	ПСИ-2510
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	От 50 до 2500 В с шагом 10 В	500, 1000, 2500 В	100, 250, 500, 1000 В	250, 500, 1000, 2500 В	От 50 до 2500 В с шагом 10 В	100, 250, 500, 1000, 2500 В
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ	от 1 кОм до 300 ГОм	от 1 кОм до 300 ГОм	от 1 кОм до 10 ГОм	от 10 кОм до 10 ГОм	от 1 кОм до 1 ТОм	от 1 кОм до 1 ТОм
ИЗМЕРЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, В	40-700	40-700	40-700	40-700	40-700	40-700
ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА АБСОРБЦИИ	да	да	да	да	да	да
ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЯРИЗАЦИИ	да	нет	нет	нет	да	нет
ПРОВЕРКА ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ	от 100 В до 1500 В	нет	нет	нет	от 100 В до 1500 В	нет
ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ (МЕТАЛЛОСВЯЗЬ)	от 0,01 Ом до 9,99 кОм	нет	нет	нет	от 0,01 Ом до 9,99 кОм	нет
ПРОВЕРКА РАЗРЯДНИКОВ	от 100 В до 3000 В	нет	нет	нет	от 100 В до 3000 В	нет
ПАМЯТЬ	10000 измерений	последнее измерение	последнее измерение	последнее измерение	10000 измерений	последнее измерение
СВЯЗЬ С КОМПЬЮТЕРОМ	беспроводная	нет	нет	нет	беспроводная	нет
ЗВУКОВОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ	да	нет	нет	нет	да	да
МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ	нет	нет	нет	нет	да	да
ТИП КОРПУСА	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
ПИТАНИЕ	Аккумулятор NI-MH 6 В 2 А/Ч или батареи типа АА 1,5 В х 5 шт	Аккумулятор NI-MH 6 В 2 А/Ч или батареи типа АА 1,5 В х 5 шт	Аккумулятор NI-MH 6 В 2 А/Ч или батареи типа АА 1,5 В х 5 шт	Батареи типа АА 1,5 В х 5 шт.	Аккумулятор NI-MH 6 В 2 А/Ч или батареи типа АА 1,5 В х 5 шт	Аккумулятор NI-MH 6 В 2 А/Ч или батареи типа АА 1,5 В х 5 шт
МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года